

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków

Pismo: SS/11/2014/prasa/4

Kraków dnia: 2014-10-24

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-10-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Zakup aparatury naukowo-badawczej do badania trwałości betonu i składników do jego produkcji - Dostawa urządzeń do badań wytrzymałości na zginanie , ściskanie, modułu sprężystości przy zginaniu i ścisaniu,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

ad3) Wymagania normy ISO 7500-1 zalecają wzorcowanie w miejscu instalacji. Jest to usługa, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcy z uwagi na akredytację PCA. Czy wzorcowanie kanału odkształcenia może zostać wykonane poza akredytacją?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

ad 3) Jeżeli jest laboratorium wzorcujące odkształcenie to musi wzorcowanie być wykonane przez takie laboratorium.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
