

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków**

Pismo: SS/13/2014/3

Kraków dnia: 2014-11-06

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-11-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

"Zakup aparatury naukowo-badawczej do badania trwałości betonu i składników do jego produkcji - Dostawa aparatury do wyposażenia laboratorium",

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pyt.1. Dotyczy Zadania nr 2.

W „Parametry techniczne” Zamawiający wymienił dwa bębny fi 200mmx150mm. Norma PN-EN 1097-1 mówi o bębnach o wymiarach fi 200±1mmx154±1mm.

Proszę o wyjaśnienie, które bębny mają znaleźć się w ofercie.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzoru oferty na dostawy w formie edytowalnej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Bębny mają mieć wymiar fi (200±1) mm × (154±1) mm.

Wzór oferty na dostawy w formie edytowalnej znajduje się na stronie www.icimb.pl/bip w *szczegółach zamówienia*.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
