

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków**

Pismo: SS/2/2017/komora/5

Kraków dnia: 2017-02-24

Wszyscy oferenci

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-02-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa i montaż komory klimatycznej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Niniejszym zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Prosimy o informację w jakich temperaturach i w jakich punktach wilgotności ma być wykonane wzorcowanie?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Punkty wzorcowania :

Temperatura: -30, +30, +90, +150 st. C

Wilgotność: 15%, 45%, 75%, 98% wilg. wzgl.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ODDZIAŁU**

Dr inż. Paweł Pieniążek