

SPECYFIKACJA KOMORY KLIMATYCZNEJ

Wymagania minimalne:

- Wymiary wewnętrzne (przestrzeń robocza)  
wysokość 120 cm x szerokość 110 cm x głębokość 60 cm,
- Zakres temperatury bez regulacji wilgotności: od – 30°C do +150°C,
- Zakres temperatury z regulacją wilgotności: od +10°C do 70°C,
- Zakres regulacji wilgotności: 15% - 98 %RH,
- Możliwość uzyskania 95 % RH w 70°C.
- Wyświetlacz parametrów pracy,
- Możliwość wprowadzenia czujnika zewnętrznego,
- Wymuszony obieg powietrza w celu zachowania lepszej jednorodności temperatury i wilgotności,
- Możliwość ustawiania programów pracy,
- Półki wykonane ze stali nierdzewnej, min. 3 z możliwością regulacji ułożenia o nośności każda 45-50kg
- Świadectwo wzorcowania parametrów pracy komory w 4 punktach temperatury i 4 punktach wilgotności wydane przez akredytowane laboratorium PCA.
- Dostawa oraz instalacja urządzenia we wskazanym miejscu
- Instrukcja w języku polskim
- Szkolenie z obsługi urządzenia wyznaczonych pracowników
- Okres gwarancji: 24 miesiące
- Czas reakcji serwisu na zgłoszone usterki – max.72 godziny
- Czas naprawy od zgłoszenia usterki - 7 dni roboczych.

Kraków dnia 2017.02. 14