

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie  
Cementowa 8  
31-983 Kraków**

**Pismo: SS/3/2018/4**

Kraków dnia: 2018-08-20

**Wszyscy oferenci**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawa i uruchomienie wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Szanowni Państwo,

Firma ..... zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę specyfikacji urządzenia w zakresie dotyczącym Mikroskopu Elektronowego:

1."Mikroskop powinien być wyposażony w stolik chłodzący Peltiera, umożliwiający schładzanie próbek od temperatury pokojowej do 0 °C oraz zamrażanie próbek do temperatur w zakresie od 0 °C do co najmniej -18 °C. Sterowanie temperaturą (w tym programowanymi zmianami temperatury) stolika chłodzącego powinno odbywać z poziomu głównego oprogramowania sterującego mikroskopu (interfejs użytkownika mikroskopu)."

Pytanie 1: Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie dostarczone bez stolika chłodzącego Peltiera, jednocześnie zachowując możliwość instalacji takiego stolika w przyszłości

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

***Akceptujemy mikroskop bez stolika Peltiera z gwarancją, że mikroskop będzie przystosowany do zamontowania takiego urządzenia w przyszłości.***

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
ODDZIAŁU  
  
mgr inż. Małgorzata Nizińska